

Рассчет 812 (УПД №2)

ОКП 42 1281

5 4



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО

ДАВЛЕНИЯ

ПД-Р

ПАСПОРТ

ЦТКА.406222.078 ПС



6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям технических условий ТУ 4212-133-00227471-2008 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с даты ввода преобразователя в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

6.4 Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты преобразователя независимо от гарантийного срока эксплуатации.

7 Сведения о рекламациях

В случае отказа в работе преобразователя в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт о неисправности, приложить сведения о движении изделия в эксплуатации, о проделанных регламентных работах. В акте указать шифры и полные заводские номера отказавших преобразователей. Все документы направить в адрес завода-изготовителя.

Дата	Содержание рекламации	Подпись	Принятые меры	Подпись

4 Свидетельство о приемке

Преобразователь избыточного давления ПД-Р Р.В.М.П.а - 05 - В.П.А. - 1
 заводской номер С164899 изготовлен и принят в соответствии с требова-
 ниями технических условий «Преобразователи избыточного давления ПД-Р»
 ТУ 4212-133-00227471-2008 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



И.Н. Опалинский

расшифровка подписи



Руководитель предприятия



М.И. Набиуллин
 расшифровка подписи

ТУ 4212-133-00227471-2008
 обозначение документа,
 по которому производится поставка

Свидетельство о поверке

Средство измерений Преобразователь избыточного давления

ПД-Р

наименование, тип

Р.В.М.П.а - 05 - В.П.А. - 1

заводской номер С164899 поверено и на основании результатов пер-
 вичной поверки признано пригодным к применению.

Поверительное клеймо



Поверитель

Р.В.М.П.а

подпись

Р.В.М.П.а
 инициалы, фамилия

-20160930-

год, месяц, число

Интервал между поверками 4 года для моделей, настроенных на верхний
 предел измерений, при условии корректировки нулевого значения 1 раз в 6 месяцев
 и 2 года – для остальных моделей.

Таблица 2

Дата	Отметка о соответствии	Организация, проводившая поверку	Подпись и клеймо поверителя
22 ИЮН 2020	ПОВЕРЕН ГОДЕН	"УНИИМ"	<u>Р.В.М.П.а</u> РА. RU. 311359
20 ИЮН 2024	Свер. верен		<u>Р.В.М.П.а</u> РА. RU. 311359